

MR検査 禁忌者

① 磁性体

心臓ペースメーカー、脳動脈クリップ（3テスラ対応以外）、人口内耳、水頭症のシャントバルブ、眼球インプラント、歯科磁石固定、体内金属断片（事故・職業・軍事活動による）ニトログリセリン絆創膏、永久的刺青、アイライン（磁性体含有）、膝・十字靭帯再建用スクリュー

② 全身状態

心停止の可能性の高い患者、心不全、発熱、発汗能力低下、意識障害、鎮静剤大量服用・錯乱、コミュニケーション不能状態
妊娠の可能性のある方、妊娠中の方

MR検査要注意者

心臓の人工弁装着者（1970年以前に装着した製品は禁忌）
ステント・コイル（術後6週間以内）
頸動脈クランプ（Poppen-Blaylockは禁忌）
コンタクトレンズ装着者

MR 検査可能

非磁性体金属（チタンなど）、義歯（脱着可能）
消化器手術クリップ、胸骨切開術ワイヤー、
脳神経外科用材料（骨弁、固定ワイヤー、プレート）、
ステント・コイル（術後6週間経過）
整形外科で使用する材料・インプラント、
陰茎インプラント、子宮内避妊具、避妊ペッサリー

※その他、手術用金属については手術をした医療機関でMR(3T)対応かを必ず確認して下さい。