

## 脳ドック確認事項

禁忌事項	心臓ペースメーカー	×	検査できません	
	植え込み型除細動器	×	検査できません	
	脳動脈瘤クリップ・コイル	×	検査できません	
	圧可変式V-Pシャント	×	検査できません	
	人口内耳	×	検査できません	
	磁石式人工肛門	×	検査できません	
	神経刺激装置	×	検査できません	
	刺青・アートメイク	×	検査できません	
	磁石で固定する入れ歯	△	歯科の確認が必要	
	歯科矯正ブリッジ	△	歯科の確認が必要（3テスラMRIに対応していれば検査可能です）	
	巻き爪補正金属	×	検査できません	
	その他の体内金属	△	手術した病院で確認が必要（3テスラMRIに対応していれば検査可能です）	
	妊娠	×	検査できません	
注意事項	アイシャドウ・マスカラ	○	化粧品および整髪料は使用しないでください。 検査当日はノーメイクで来院するか、検査前に化粧を落としてもらいます。 メイク落としやコンタクトレンズ保存液を持参してください。 落とせない場合は検査が出来ない場合がありますので、予めご了承ください。	
	つけまつげ	○		
	かつら・ウィッグ等	○		
	コンタクトレンズ	○		
	ネイル(マグネットネイル等)	○		
	UVケア用品	○		
	整髪料(増毛パウダー等)	○		
	閉所恐怖症	△		検査当日に中止になる場合があります
	保温下着(ヒートテック等)	○		脱げば検査可能です
	経皮吸収型製剤(ニトロダーム等)	○		貼り薬などは剥がせば検査可能です

上記に該当される方は検査が受けられない場合があります。

手術などで体内に金属がある方は、手術をした病院に連絡をして「3テスラMRIを受けられるか」確認してください。

検査当日の診察で医師が危険だと判断した場合は、検査を実施しないことがありますので予めご了承ください。