

脳ドックの確認事項

禁忌事項	心臓ペースメーカー	×	検査できません
	植え込み型除細動器	×	検査できません
	脳動脈瘤クリップ・コイル	×	検査できません
	圧可変式V－Pシャント	×	検査できません
	人工内耳	×	検査できません
	磁石式人工肛門	×	検査できません
	神経刺激装置	×	検査できません
	刺青・アートメイク	×	検査できません
	磁石で固定する入歯	△	歯科の確認が必要（磁石が取り外せれば検査可能な場合があります）
	歯列矯正ブリッジ	△	歯科の確認が必要（3テスラMRI対応であれば検査可能です）
	巻き爪補正金属	×	検査できません
	その他体内金属	△	手術した病院で確認が必要（3テスラMRI対応であれば検査可能です）
	妊娠	×	検査できません
注意事項	アイシャドー・マスカラ	△	化粧品および整髪料は使用しない。 検査当日はノーメイクで来院、もしくは検査前に全ておとしてもらうので、メイク落としやコンタクト保存液を持参して下さい。 落とせない場合は検査が出来ない場合があります。
	つけまつげ	△	
	かつら、ウィッグ等	△	
	コンタクトレンズ	△	
	ネイル（マグネットネイル等）	△	
	UVケア用品	△	
	整髪料(増毛パウダー)	△	
	閉所恐怖症	△	検査当日に中止になる場合もあります
	保温下着（ヒートテック等）	○	脱げば検査可能です
	経皮吸収型製剤(ニトロダーム等)	△	張り薬などは剥がせば検査可能です

上記に該当される方は検査が受けられない場合があります。

手術などで体内に金属がある方は、手術をした病院に連絡をして「3テスラのMRI検査を受けても大丈夫か」を必ず確認してください。

検査当日の診察で医師が危険だと判断した場合は、検査を実施しないことがありますので予めご了承ください。